

全自动生化分析仪招标参数



1. ★检测速度：单模块生化比色分析恒速 1000 测试/小时；
2. 去盖功能：仪器具有自动去盖功能；
3. 同时在线分析项目：≥120 个，不含拓展项目；
4. 试剂位：≥200 个，不含拓展位置；
5. 试剂盘：具备 24 小时 2-8°C 冷藏功能；
6. 样本位：≥180 个，不含拓展位置；
7. ★样本进样方式：样本架进样；
8. ★反应位：≥200 个；
9. ★最小反应体积：< 80μL；
10. 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，≥16 个波长；
11. 吸光度线性范围：0-3.5Abs；
12. 温控方式：非水浴，控温均匀，控温精度要求达到 37°C±0.1°C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；
13. 比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；
14. 比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；
15. 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；
16. 耗材提醒：具有耗材余量不足提醒，每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；
17. ★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；
18. ★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55 项，校准品≥32 项，并提供项目注册证。